

# TRACHEOCUR® Stoma Quick

**Art.-Nr. T1340XX, Art.-Bez. TRACHEOCUR® Stoma Quick** (beige/weiß, diverse Ausführungen)  
(X = diverse Art.-Nr.)

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

## Zweckbestimmung

Das TRACHEOCUR® Stoma Quick schützt das Tracheostoma von laryngektomierten Patienten oder tracheotomierten Patienten mit epithelisiertem Tracheostoma nach der Entwöhnung von der Trachealkanüle. Es befeuchtet, erwärmt und filtert die Atemluft. Außerdem wird der Auswurf von Sekrettröpfchen zurückgehalten.

## Beschreibung

Das TRACHEOCUR® Stoma Quick wird, nach der Entwöhnung von der Trachealkanüle, sowohl bei laryngektomierten Patienten als auch tracheotomierten Patienten mit epithelisiertem Tracheostoma (= stabil vernähtes Tracheostoma) verwendet. Es ersetzt zum Teil die Funktionen einer Nase, indem es die Atemluft befeuchtet und erwärmt. Außerdem werden Staub und Schmutz vom Tracheostoma ferngehalten und der Auswurf von Sekrettröpfchen zurückgehalten.

Das TRACHEOCUR® Stoma Quick ist in verschiedenen Größen (5 x 7 cm, 7 x 7 cm), mit ein oder zwei Klebestreifen und in beige oder weiß erhältlich.

Das TRACHEOCUR® Stoma Quick kann während einer Bestrahlung getragen werden.

## Nutzungsdauer


Das TRACHEOCUR® Stoma Quick ist unsteril und ausschließlich zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Aus hygienischen Gründen ist es alle 12 Stunden, bei starker Sekretion auch mehrmals täglich, zu wechseln.

Allgemein gilt, ist das TRACHEOCUR® Stoma Quick durchnässt oder beschädigt, ist es sofort auszutauschen!

## Anwendung


Bevor das TRACHEOCUR® Stoma Quick verwendet wird, ist die Hautfläche zu reinigen, z. B. mit TRACHEOCUR® Stoma Clean, Art.-Nr. T123002.

Für die Verwendung eines TRACHEOCUR® Stoma Quick wird der Schutzstreifen von der Klebefläche auf der Rückseite entfernt und das TRACHEOCUR® Stoma Quick mittig auf das Tracheostoma aufgeklebt, siehe Abbildungen 1 und 2.



**Abbildung 1**

Entfernung des Schutzstreifens von der Klebefläche eines TRACHEOCUR® Stoma Quick.



**Abbildung 2**

Aufkleben eines TRACHEOCUR® Stoma Quick mittig auf das Tracheostoma.

## Kontraindikation

Das TRACHEOCUR® Stoma Quick ist nicht für Punktionstracheostoma geeignet.

## Warnhinweise

Sollten Hautirritationen (z. B. Juckreiz oder Rötungen) auftreten, ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren. Möglicherweise besteht in diesem Fall eine allergiebedingte Unverträglichkeit.

Bei einer Mehrfachanwendung oder zu langer Nutzung besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko.

## Sicherheitshinweise

Weist das TRACHEOCUR® Stoma Quick Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, muss es entsorgt werden!

TRACHEOCUR® Stoma Quick dürfen nicht wiederverwendet werden!

Eine Reinigung und Wiederaufbereitung ist aus hygienischen Gründen nicht zulässig!

Bei Schwierigkeiten mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter: 0800 8722436.

Sollte es durch die Anwendung des Produktes zu einer vorübergehenden oder dauerhaften schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod des Patienten, Anwenders oder Dritter kommen, melden Sie das Vorkommnis bitte umgehend an unseren Kundenservice unter Telefonnummer 0800 8722436 sowie an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 53175 Bonn (www.bfarm.de, Bereich Medizinprodukte, Risiken melden).

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

## Lagerung

Das TRACHEOCUR® Stoma Quick ist trocken aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

## Entsorgung

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

## Piktogramm-Legende

	Hersteller		CE-Kennzeichnung		Vor Sonnenlicht schützen
	Artikelnummer		Nicht wiederverwenden		Trocken aufbewahren
	Fertigungslosnummer, Charge		Verwendbar bis		Packungsinhalt
	Einmalige Produktkennung		Nicht steril		Gebrauchsanweisung beachten
	Medizinprodukt				