

Medtronic GmbH · Postfach 1444 · 40639 Meerbusch

Meerbusch, 9. Juni 2017

Bescheinigung über Pyrogenfreiheit

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

hiermit möchten wir Ihnen bestätigen dass es sich beim Respiflo™ Sterilwasserprodukten um ein doppelt deionisiertes, dreifach destilliertes pyrogenfreies Wasser handelt welches keinerlei Bakterienwachstum unterstützt.

Mit freundlichen Grüßen



Denis Pisac
Produktmanager Patient Monitoring & Recovery
Denis.Pisac@medtronic.com